

# DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

FABBRICANTE PRODOTTO  
PRODUCT MANUFACTURER

Indirizzo  
Address

MIMSAL TRADE S.L.

C. Mollet 17, Polígono Industrial Palou Nord  
08401 Granollers (Barcelona)  
Spain

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE IL PRODOTTO  
DECLARE UNDER THEIR RESPONSIBILITY THAT THE PRODUCT

Nome del prodotto - BASIC UDI-DI  
Product name - BASIC UDI-DI

**MS 843656286MSZJ**

Tipo  
Type

**LAMPADA DA VISITA  
EXAMINATION LAMP**

Referenza - Modello - UDI-DI  
Reference - Model - UDI-DI

M187001C - MS CEILING PLUS - 8436562860493  
M183500C - MS CEILING - 8436562860486  
M187001 - MS LED PLUS - 8436562860394  
M183500 - MS LED - 8436562860387  
M187001FL - MS FLEX PLUS - 8436562860431  
M183500FL - MS FLEX - 8436562860424

Finalità  
Intended purpose

Dispositivo concepito per fornire la luce necessaria per illuminare la sede di visita del paziente  
Device intended to provide light to illuminate a site of patient examination

SODDISFA I REQUISITI DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/745 SUI DISPOSITIVI MEDICI  
COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS OF REGULATION (EU) 2017/745 ON MEDICAL DEVICES

Classificazione dispositivo medico  
Medical device classification

**CE CLASSE I - REGOLA I**  
Class I - Rule I

Prove e misurazioni - Norme  
Test and measurements - Standards

UNE-EN 60601-1:2008+/A12:2015 Part 1 Medical equipments  
UNE-EN 60601-1-2:2015 Part 2 Medical equipments  
UNE-EN 60601-2-41:2010+A11:2012+A1:2015

Accessori  
Accessories

B0101800 - WALL B SUPPORT 09651 - TROLLEY STAND 8,8 kg  
B010190 - AH TABLE CLAMP B0101S0 - EXTENSION ARM  
82026 - RAIL PLUS BRACKET

Data e luogo  
Location and date

Granollers (Barcelona) Spagna, 11 FEBBRAIO 2022  
Granollers (Barcelona) Spain, February 11th, 2022

Nome e carica  
Name and position

  
Xavier Codina Jané  
Direttore Generale  
General Manager

  
Oriol Codina Miró  
Responsabile Tecnico  
Technical Manager